

QMH4_23TD90		 UNIGLOVES®	
JUR-EU-MDR-DOC CE-Konformitätserklärung gemäß Verordnung (EU)2017/745			
QM – Handbuch nach DIN EN ISO 13485:2016		Abschnitt: QMH4_23	Seite 1 von 2
Erstellt: Hr. Dreßler	Freigabe: Dr. Sandra Heuser	Ausgabe: 07.01.2022	Revision: 0
Produktfamilie Untersuchungshandschuhe			

Medizinprodukt	Peppler Nitril-Untersuchungshandschuhe
Katalognummer	426
Basis UDI-DI gemäß Anhang VI Teil C	4260503143710R3
Zweckbestimmung	Die nicht sterilen Einmal-Untersuchungshandschuhe dienen zum Schutz für Patienten, Anwender oder Dritte gegen Krankheiten und bieten einen zeitlichen Schutz gegenüber Bakterien, Pilzen, Viren und bestimmten Chemikalien. Die Untersuchungshandschuhe können im Labor-, Medizin- und Industriebereich sowie im häuslichen Bereich von Laien sowie von Anwendern des Gesundheitswesens eingesetzt werden.
Risikoklasse gemäß Anhang VIII	I

Hersteller	UNIGLOVES Arzt- & Klinikbedarf Handelsgesellschaft mbH Camp-Spich-Str. 71 53842 Troisdorf-Spich Deutschland
Single Registration Number gemäß Artikel 31	DE-MF-000013340

Hiermit erklären wir in eigener Verantwortung die Konformität des oben genannten Medizinproduktes gemäß der Verordnung (EU) 2017/745 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 05. April 2017 über Medizinprodukte.

Unigloves Arzt- & Klinikbedarf Handelsgesellschaft mbH versichert hiermit, dass von dieser Erklärung erfasste Medizinprodukt der vorliegenden Verordnung sowie gegebenenfalls weiteren einschlägigen Rechtsvorschriften der Union, in denen die Ausstellung einer EU-Konformitätserklärung vorgesehen ist, entsprechen.

Die Konformität für das oben genannte Medizinprodukt erfolgt gemäß der anwendbaren Spezifikationen:

EN 455-1:2020	
EN 455-2:2015	
EN 455-3:2015	
EN 455-4:2009	
Gewähltes Konformitätsbewertungsverfahren	Technische Dokumentation gemäß Anhang II + III der Verordnung (EU) 2017/745

QMH4_23TD90 JUR-EU-MDR-DOC CE-Konformitätserklärung gemäß Verordnung (EU)2017/745		 UNIGLOVES®	
QM – Handbuch nach DIN EN ISO 13485:2016		Abschnitt: QMH4_23	Seite 2 von 2
Erstellt: Hr. Dreßler	Freigabe: Dr. Sandra Heuser	Ausgabe: 07.01.2022	Revision: 0
Produktfamilie Untersuchungshandschuhe			


Des Weiteren erklären wir hiermit, dass die im Anhang bezeichneten Produkte als persönliche Schutzausrüstung (PSA) der Kategorie III mit den Bestimmungen der Verordnung (EU) 2016/425 des Europäischen Parlamentes und des Rates vom 09. März 2016 übereinstimmt und identisch ist mit der PSA, die Gegenstand der ausgestellten EG-Baumusterprüfung der folgenden Zertifikatsnummern war:

- 2777/10887-05/E01-01 für die Variante Nitril

Die PSA unterliegt dem Konformitätsbewertungsverfahren Modul C2 unter Überwachung der Benannten Stelle 2777.

Angewandte harmonisierte Normen, nationale Normen oder andere normative Dokumente	EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 374-1:2016 / Type C – Prüfchemikalie 40% Natriumhydroxid, EN ISO 374-4:2013, EN ISO 374-5:2016
Benannte Stelle	Notified Body 2777 SATRA Technology Europe Bracetown Business Park Clonee D15 YN2P Ireland
Bescheinigungen	CE-Zertifikat 2777/10887-05/E01-01 gültig bis 17.07.2023
Gültigkeit dieser CE-Konformitätserklärung	17.07.2023

Troisdorf, 22.07.2022



Dr. Sandra Heuser
Verantwortliche Person
für die Einhaltung von Regulierungsvorschriften